



Notificación de Retiro del Mercado

ADREJECT AUTO INYECTOR SOLUCIÓN INYECTABLE 0,3 mg/0,3 mL (Epinefrina)

ISE/LHD
Ref. N°: 3929/17

El Instituto de Salud Pública de Chile, informa a la comunidad, el **retiro voluntario** del mercado del producto farmacéutico **Adreject Auto Inyector Solución Inyectable 0,3 mg/ 0,3 mL**, luego de que el titular del registro sanitario notificara lo siguiente:

La posibilidad de que el dispositivo, que contiene el medicamento, presente defectos y por ende al activarse no transfiera la cantidad necesaria para producir el efecto deseado.

DATOS DEL PRODUCTO:

Denominación del Producto	ADREJECT AUTO INYECTOR SOLUCIÓN INYECTABLE 0,3 mg/ 0,3 mL (Epinefrina)
Clasificación del producto	Farmacéutico
Registro sanitario:	F-15960
Principio activo	Epinefrina
Clasificación Terapéutica	Agente Adrenérgico y Dopaminérgico.
Indicación Aprobada	Indicado en el tratamiento de emergencia de reacciones alérgicas (anafilaxis) a picaduras o mordeduras de insectos, a alimentos, drogas u otros alérgenos, al igual que anafilaxis idiopática o inducida por el ejercicio. Los auto-inyectores Adreject están indicados para la auto-administración inmediata por una persona con antecedentes de reacción anafiláctica. Adreject está diseñado solamente como terapia de soporte de emergencia y no reemplaza ni sustituye la atención médica u hospitalaria inmediata.
Serie (Lote)	6GH294
Vencimiento	10/2017
Titular del Registro Sanitario / Importador	Pharmaris Chile S.p.A.
Fabricante	Meridian Medical Technologies - Estados Unidos de América
Distribuidor	Inversiones Peri Logistics Ltda.
Tamaño de Serie (Lote) fabricada/importada	540 Estuches x 1 cartridge de vidrio importadas
Tamaño de Serie (Lote) Distribuida	348 Estuches x 1 cartridge de vidrio
Canal de distribución de la Serie (Lote)	Fundación Creciendo con Alergias Alimentarias S.p.a.

Con base en lo anterior, Instituto de Salud Pública de Chile, a través de Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), hace un llamado a la comunidad a no utilizar este producto, debido al riesgo para la salud que implica su uso.

Alex Figueroa Muñoz
 DR. ALEX FIGUEROA MUÑOZ
 DIRECTOR DIRECTOR
 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

