

**El Instituto de Salud Pública informa a la ciudadanía, en relación a
la denuncia que afecta al anticonceptivo
Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos de Abbott**

El **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)** informa a la ciudadanía que el día domingo 14 de noviembre de 2021, ha recibido denuncia, de parte del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (AG), en relación con la detección de un ejemplar del producto Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos, serie D210320, de Abbott, fabricado por Laboratorios Recalcine S.A. y de titularidad de Laboratorios Lafi Ltda., el cual, según se indica: *"El medicamento cuenta con comprimidos de 2 colores: verdes los que cuentan con principio activo y blancos que son placebos. La presentación debería tener 21 comprimidos verdes y 7 comprimidos blancos, sin embargo vienen invertidos (21 comprimidos blancos y 7 comprimidos verdes). Se aprecia en fotos adjuntas."* (sic)

A partir de esta denuncia, este Instituto ha iniciado una investigación, la cual se encuentra en curso. Cabe indicar que, a la fecha, la situación anómala denunciada no ha podido ser constatada.

La denuncia se acompaña sólo de imágenes, por lo que se ha solicitado a la entidad denunciante la entrega del producto denunciado, para su revisión y análisis.


No obstante, la revisión de las imágenes entregadas por el denunciante, revela que la caja del producto corresponde a **Ciclomex 20 CD** Comprimidos recubiertos de Laboratorio Abbott, de la serie **D210320**, en tanto que las imágenes del blíster corresponden al producto **Ciclomex CD** Comprimidos recubiertos de la serie **E210411**, del mismo laboratorio.

Tanto Ciclomex CD Comprimidos recubiertos, como Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos, son anticonceptivos orales en base a los mismos componentes, diferenciándose en la concentración de etinilestradiol, así como en los colores usados para identificar los comprimidos activos e inactivos, los que se invierten, siendo, para el caso de Ciclomex 20 CD, los comprimidos activos de color verde y forma circular y los inactivos de color blanco y forma ovalada, mientras que, para el caso de Ciclomex CD, los comprimidos activos son de color blanco y forma circular y los inactivos de color verde y forma ovalada.

En las fotografías que se muestra a continuación, pueden observarse los diferentes colores y formas de los comprimidos de ambos productos

CICLOMEX 20 CD
SERIE D210320
VENCE 04/2024

CICLOMEX CD
SERIE E210411
VENCE 05/2024



Si bien, en el transcurso de las últimas 48 horas, este Instituto ha recibido diversas consultas a raíz de la información sobre el caso que ha salido en los medios de comunicación, hasta el momento no han ingresado denuncias adicionales que evidencien el problema denunciado por el Colegio profesional, antes descrito.

Entretanto, para orientación de la comunidad, el ISP hace presente lo siguiente:

- Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos y Ciclomex CD Comprimidos recubiertos son dos productos anticonceptivos del mismo fabricante, Laboratorios Recalcine S.A. (Abbott), cuya composición posee los mismos componentes, en diferente concentración de etinilestradiol, para Ciclomex 20 CD, este corresponde a 20 mcg y 30 mcg en el caso de Ciclomex CD. Ambos productos tienen 21 comprimidos activos, blancos en el caso de Ciclomex CD y verdes en el caso de Ciclomex 20 CD, junto a 7 comprimidos inactivos, verdes en el Ciclomex CD y blancos en el Ciclomex 20 CD (ver fotografías)
- Se sugiere a las usuarias de anticonceptivos orales, verificar en el blíster que contiene los comprimidos, que el rótulo corresponda al producto prescrito por su médico y que la cantidad y color de los comprimidos correspondan con lo descrito en la caja del producto. Así también, puede ser útil verificar que el número de serie de la caja se corresponda con el del blíster.
- De sospechar una posible falla en el producto, debe denunciar la situación a este Instituto, completando y enviando el formulario de denuncias a la calidad disponible en la página web del ISP (<https://www.ispch.cl/anamed/portal-de-denuncias/denuncias-a-la-calidad-de-productos/>) al Instituto de Salud Pública (Av. Marathon 1000, Ñuñoa), adjuntando la muestra del producto denunciado.

De acuerdo a los antecedentes hasta ahora recabados en la investigación en curso, en caso de estar usando Ciclomex 20 CD y no detectar algunas de las anomalías descritas, puede seguir usando el producto sin inconvenientes. Lo anterior, no obsta a que recomendamos prestar atención a eventuales nuevos comunicados que pudiera emitir esta autoridad, por esta misma vía.